

附件 2

助产技术服务基本设备配备标准

| 序号 | 设备类型及名称 | 基本数量 |
|--------|-------------------|------|
| 1 | 产科与产房设备 | |
| 1.1 | 基本设备 | |
| 1.1.1 | 检查床 | ≥1 张 |
| 1.1.2 | 待产床 | ≥1 张 |
| 1.1.3 | 产床 | ≥1 张 |
| 1.1.4 | 新生儿辐射保暖台（新生儿抢救台） | ≥1 台 |
| 1.1.5 | 万用电源插座 | 若干 |
| 1.1.6 | 照明灯 | 若干 |
| 1.1.7 | 鹅颈灯 | 若干 |
| 1.1.8 | 应急灯 | 若干 |
| 1.1.9 | 敷料柜 | ≥1 个 |
| 1.1.10 | 器械台 | ≥1 个 |
| 1.1.11 | 推车（担架） | ≥1 个 |
| 1.1.12 | 急救药品柜或车（内放急救设备药品） | ≥1 个 |
| 1.1.13 | 冰箱 | ≥1 个 |
| 1.1.14 | 紫外线灯或其他空气消毒设备 | ≥1 个 |
| 1.1.15 | 常规消毒设备 | 若干 |
| 1.1.16 | 刷手与污物处理设备 | ≥1 个 |
| 1.1.17 | 污物桶 | 若干 |
| 1.1.18 | 回收设备 | ≥1 个 |
| 1.1.19 | 调温控湿设备 | ≥1 个 |
| 1.1.20 | 通讯设备 | ≥1 个 |
| 1.1.21 | 新生儿急救转运设备 | ≥1 个 |
| 1.1.22 | 病床 | 若干 |
| 1.2 | 诊断、测量用具类 | |

| | | |
|------------|----------------------------------|------|
| 1.2.1 | 体重计 | 若干 |
| 1.2.2 | 听诊器 | 若干 |
| 1.2.3 | 血压计 | 若干 |
| 1.2.4 | 体温计 | 若干 |
| 1.2.5 | 婴儿磅秤 | ≥1 个 |
| 1.2.6 | 身高测量器 | ≥1 个 |
| 1.2.7 | 软尺 | 若干 |
| 1.2.8 | 超声多普勒胎儿心率设备(超声多普勒胎儿心率仪、多普勒胎儿心音仪) | 若干 |
| 1.2.9 | 超声多普勒胎儿监护设备(母婴监护系统) | 若干 |
| 1.2.10 | 集血器 | 若干 |
| 1.2.11 | 量杯 | 若干 |
| 1.2.12 | 时钟 | 若干 |
| 1.2.13 | 血糖分析仪 | ≥1 台 |
| 1.2.14 | 消毒手套 | 若干 |
| 1.3 | 治疗器械类 | |
| 1.3.1 | 注射器 | 若干 |
| 1.3.2 | 开口器 | 若干 |
| 1.3.3 | 舌垫(压舌板) | 若干 |
| 1.3.4 | 电动吸引器 | ≥1 个 |
| 1.3.5 | 胎头吸引器 | 若干 |
| 1.3.6 | 产钳 | 若干 |
| 1.3.7 | 产包 | 若干 |
| 1.3.8 | 导尿包 | 若干 |
| 1.3.9 | 缝合包 | 若干 |
| 1.3.10 | 清宫包 | 若干 |
| 1.3.11 | 止血球囊 | ≥1 个 |
| 1.3.12 | 宫纱(或水囊) | 若干 |
| 1.3.13 | 内诊包 | 若干 |
| 1.3.14 | 阴道拉钩 | 若干 |

| | | |
|--------|----------------------------------|------|
| 1.3.15 | 宫颈钳 | 若干 |
| 1.3.16 | 卵圆钳 | 若干 |
| 1.3.17 | 刮匙 | 若干 |
| 1.3.18 | 沙袋 | 若干 |
| 1.3.19 | 微电脑电动注药泵（输液泵） | 若干 |
| 1.3.20 | 微量注射泵 | 若干 |
| 1.3.21 | 输液架 | 若干 |
| 1.3.22 | 输血泵 | ≥1 台 |
| 1.3.23 | 医用氧源 | 若干 |
| 1.3.24 | 供氧设备及吸氧装置 | 若干 |
| 1.3.25 | 新生儿喉镜（新生儿气管插管设备） | ≥1 台 |
| 1.3.26 | T 组合婴儿复苏器 | ≥1 台 |
| 1.3.27 | 新生儿转运暖箱 | ≥1 台 |
| 1.3.28 | 给氧面罩 | ≥1 套 |
| 1.3.29 | 新生儿低压吸引器 | ≥1 台 |
| 1.3.30 | 胎粪吸引管 | 若干 |
| 1.3.31 | 新生儿保温用品 | 若干 |
| 2 | 手术室设备 | |
| 2.1 | 按无菌手术室基本要求配备 | |
| 2.2 | 产科专用器具 | |
| 2.2.1 | 婴儿磅秤 | ≥1 个 |
| 2.2.2 | 身高测量器 | ≥1 个 |
| 2.2.3 | 超声多普勒胎儿心率设备（超声多普勒胎儿心率仪、多普勒胎儿心音仪） | 若干 |
| 2.2.4 | 产科集血器 | 若干 |
| 2.2.5 | 剖宫产手术包 | 若干 |
| 2.2.6 | 妇产科手术包 | 若干 |
| 2.2.7 | 产钳包 | 若干 |
| 2.2.8 | 新生儿及成人气管插管全套设备 | ≥1 台 |
| 2.2.9 | 新生儿辐射保暖台（新生儿抢救台） | ≥1 台 |

| | | |
|--------|---|-----------|
| 2.2.10 | 给氧面罩 | ≥1 套 |
| 2.2.11 | T 组合婴儿复苏器 | ≥1 台 |
| 2.2.12 | 新生儿低压吸引器 | ≥1 台 |
| 3 | 支持与急救设备 | |
| 3.1 | 基本检验、检查、治疗设备 | |
| 3.1.1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | ≥1 台 |
| 3.1.2 | 心电图机、心电分析系统 | ≥1 台 |
| 3.1.3 | 数字化摄影 X 射线机 | ≥1 台 |
| 3.1.4 | 新生儿暖箱 | ≥1 台 |
| 3.1.5 | 恒温箱 | ≥1 台 |
| 3.1.6 | 新生儿经皮黄疸测试仪 | ≥1 台 |
| 3.1.7 | 开展相关化验检查项目材料、设备（血、尿、大便常规检验、出凝血时间检验、肝肾功能检查、葡萄糖检查、艾滋病、梅毒病毒抗体、乙肝病毒表面抗原检测、电解质检查、血气分析） | 各≥1 台 |
| 3.1.8 | 血型鉴定及交叉配血基本设备 | ≥1 台 |
| 3.1.9 | 输血（或血浆代替品）设备 | 若干 |
| 3.2 | 急救设备 | |
| 3.2.1 | 床头设备带 | ≥床位数 100% |
| 3.2.2 | 床旁监护系统（心电、血压、脉搏、血氧饱和度、有创压力监测模块） | 若干 |
| 3.2.3 | 呼吸机（可共用） | 若干 |
| 3.2.4 | 便携式呼吸机 | ≥1 台 |
| 3.2.5 | 便携式监护仪 | ≥1 台 |
| 3.2.6 | 体外除颤器 | ≥1 台 |
| 3.2.7 | 心电图机 | ≥1 台 |
| 3.2.8 | 血气分析仪（床旁） | ≥1 台 |
| 3.2.9 | 心肺复苏抢救装备车（含急救器械） | ≥1 台 |
| 3.2.10 | 电子升降温设备 | ≥1 台 |
| 3.2.11 | 输液加温设备 | ≥1 台 |
| 3.2.12 | 空气消毒净化设备 | 根据具体房屋 |

| | | |
|------------|---------------------|------|
| 3.2.13 | 床旁彩色多普勒超声诊断系统 | ≥1 台 |
| 3.2.14 | 床旁 X 光机 | ≥1 台 |
| 3.2.15 | 急救用车 | ≥1 辆 |
| 3.2.16 | 急救电话 | ≥1 部 |
| 4 | 其他设备 | |
| 4.1 | 健康教育设备 | |
| 4.1.1 | 电脑 | ≥1 台 |
| 4.1.2 | 影像播放设备 | ≥1 台 |
| 4.1.3 | 健康教育橱窗及展示柜 | 若干 |
| 4.1.4 | 相应的宣传资料和教具模型 | 若干 |
| 4.2 | 出生医学证明签发管理设备 | |
| 4.2.1 | 符合出生医学证明签发管理相关工作要求 | ≥1 台 |
| 4.3 | 医护办公设备 | |
| 4.3.1 | 符合医护办公室需要 | 若干 |

以上设备应定期检查维修，保证处于功能状态。